

# ブレーカ試験装置


本装置はブレーカの動作試験を行うための三相 4 線式出力の交流定電流電源装置です。最大出力電力は 11.2kVA/11.2kW で、最大出力電流 650Arms / 最大出力線間電圧 10Vrms または最大出力電流 100Arms / 最大出力線間電圧 65Vrms の出力が可能です。



## 特長

- 多機能三相信号発生器による一括操作が可能
- 2レンジ出力による試験範囲の拡張
- トリガ出力を装備し、外部カウンタでブレーカのトリップ時間を測定
- 出力電流モニタ機能付き

## システム構成



その他ご要望に応じて、カスタム対応いたします。